

人工気象器仕様書

- 1 名称 人工気象器
- 2 数量 1台
- 3 規格品質 国内に本社を置く製造メーカーの製品に限ること。
 - (1) 寸法 (本体部)
 - ①外寸 幅：800mm (±20mm)、奥行：700mm (±50mm)
高さ：1750mm (±50mm)
内寸 幅：500mm (±20mm)、奥行：480mm (±20mm)
高さ：980mm (±20mm)
 - ②有効内容積 240L以上
 - (2) 電気関係
電源：単相100V 15A
 - (3) 温度設定範囲
+5～50℃ (±1℃) で照明全点灯時は15℃から制御可能であること。
 - (4) その他
 - ①湿度制御は成り行きであること。
 - ②庫内は扉をあけることなく外部から観察できること。
 - ③照明は植物育成用蛍光灯型LED電球色を使用して4面照射で灯数制御であること。
 - ④温度制御は3位置制御方式で、低ランニングコストであること。
 - ⑤直径40mmの測定孔を装備していること。
 - ⑥安全装置として、温度上昇下降防止器を装備していること。
- 4 参考機種 株式会社日本医化器械製作所 LH-240PFD-N
(同等品可)
- 5 納入期限 令和7年3月19日(水)
- 6 納入場所 鳥取県立とっとり花回廊花きセンター
(鳥取県西伯郡南部町鶴田110)
- 7 その他
 - (1) 現有品(株式会社日本医化器械製作所LH-200RD)を引取り、適切に処理すること。なお、現有品を再利用せず、廃棄の際はフロン回収に係る行程管理票の手続きを行うこと。
 - (2) 機器の修理や使用方法の問い合わせに速やかに対応すること。
 - (3) 納入日程等は、とっとり花回廊と事前に調整を行って決定すること。
〔連絡先〕鳥取県立とっとり花回廊

総務部 安部 和幸 電話：0859-48-3030（代）

- (4) 運送、搬入、設置、各種作業及び点検・調整に伴い既存部分を損傷等した場合は、速やかに鳥取県及び施設に報告し、既成にならない受注者の負担で補修すること。
- (5) 鳥取県が実施する納入検査完了後1年以内に使用者の責めに帰さない故障が発生した場合には、受注者の負担により修理若しくは交換を行うこと。それ以外のものについては、別途、発注者及び受注者で協議し決定すること。

請求課名 農林水産部農業振興局生産振興課 担当者名 川本

電話番号 0857-26-7279

課メールアドレス：seisanshinkou@pref.tottori.lg.jp