

第19号様式

年 月 日

職 氏名 様

管理者住所

氏名 印

診療用エックス線装置設置届

下記のとおり、診療用エックス線装置を設置したのでお届けします。

記


1 病院又は診療所の名称		所在地			
2 装置の製作者名		型式	用途	台数	
エックス線管回路最大電圧		KVP			
3 エックス線高電圧装置の定格出力	変圧器	式	連続短時間	KVP mA	
	蓄放	式	等価容量 最高充電電圧	uF KV	
4 (1) 装置 エックス線	エックス線管のしやへい		適 ・ 否		
	照射筒の鉛当量		有 ・ 無		
	被照射体周囲の散乱線防護				
		透視台の型式			
		X線管回路自動開放装置		mAで自動開放	
		焦点皮ふ間隔離装置		有 ・ 無	
		螢光板有効面積の制限		適 ・ 否	
		利用線錐の可動しぼり		有 ・ 無	

の 危 害 防 止 の 詳 細		螢 光 板 鉛 ガ ラ ス	mm Pb		
		螢 光 板 周 囲 の 散 乱 線 防 護			
	間 接 撮 影 装 置	型	式	移 動 式 固 定 式	
		利 用 線 錐 の 型 式	角錐型 円錐型		
		螢 光 箱 の 防 護			
		そ の 他 の 防 護 施 設			
	治 療 装 置	型	式		
		濾 過 板	質 質	厚 さ mm 厚 さ mm	
		濾過板引抜時のX線管回路開放装置		有 ・ 無 電動式 ・ 手動式	
		被 照 射 体 通 過 後 の 防 護 物			
その他のX線装置の危害防止施設					
4 (2) 止 療 エ 装 室 ッ 置 の ク 詳 危 ス 細 害 線 防 診	防 護 施 設 省 略 の 部 分				
	利用線錐の方向の防護物(壁)				
	利用線錐の方向以外の天井床周囲の防護物(壁)				
	操作室は別室か別室でなければ適当な防護物				
	その他のエックス線診療室の危害防止施設				
5 氏 名 経 歴 氏 名 経 歴	氏 名 (満 歳)	職 別	X 線 診 療 に 関 す る 経 歴		


(例)

エックス線診療室図 縮尺 1/


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



略号規約



OS P
透視台



F
蛍光板



鉛ガラス
mm Pb



防護筒子
mm Pb



防護衝立
mm Pb



防護鉛板
mm Pb



板張り
mm Pb



塗料と板張り
mm Pb




モルタル
mm Pb



鉄板
mm Pb



コンクリ
mm Pb



S T
制案卓子



X線管



しゃへい式
X線管



防護
照射筒

- 注 1 エックス線診療室図とは隣接室名、若しくは上下階の室名を明記した平面図及び側面図とする。
2 診療室図には照射方向、X線管と天井、床、周囲の壁との距離(m)その他防護物等を明記すること。
3 画壁の鉛当量は合成値で表わすものとする。